

## 单一来源采购专家论证意见表

时间：2025年12月15日

采购单位	郑州大学第二附属医院
项目名称	郑州大学第二附属医院双源 CT 球管1套采购项目
项目金额	1300000元
专家论证意见	<p>该院双源CT机为部门子房的多维螺旋扫描生产，球管为该设备的主要配件，其性能参数以及球管的接口、球管的质量要求与该设备完全配套，其生产厂家的球管无法达到这一要求，易根据国家医疗器械监督管理条例要求，医疗设备出现故障时要立即停止使用并通知产品供应商或质量监督机构维修，也就只能从生产厂家获得配件。该项目符合政府采购法第31条第1款之规定，同意单一来源采购。</p>
	<p>专家姓名： 谢继伟</p> <p>职称： 高级工程师</p> <p>工作单位：河南省胸科医院</p>