

单一来源采购专家论证意见表

时间：2025年12月15日

采购单位	郑州大学第二附属医院
项目名称	郑州大学第二附属医院双源 CT 球管1套采购项目
项目金额	1300000元
专家论证意见	<p>西门子双源CT机是本院正在使用的设备，球管是该设备的关键部件，经市场调研，目前仅有西门子医疗系统有限公司掌握该项核心技术并具有供应能力，其它品牌产品无法满足该项技术参数和功能要求，为了保证与原有设备的兼容性，功能一致性和服务的延续性，必须由原设备公司提供此型号产品部件，符合中华人民共和国政府采购法第31条第1款规定，同意申请单一来源采购该球管。</p>
	<p>专家姓名：贾长虹 职称：副主任护师</p>
	<p>工作单位：河南中医大学第一附属医院</p>