

政府采购进口产品专业论证意见

一、基本情况	
申请单位	临颍县人民医院
拟采购产品名称	色素激光治疗仪
拟采购产品金额	280 万元
采购项目所属项目名称	临颍县人民医院皮肤科医疗美容设备采购项目
采购项目所属项目金额	475 万
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1.中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2.无法以合理的商业条件获取：	
<input type="checkbox"/> 3.其他。	
<p>原因阐述：皮秒激光，是目前国际上最先进的色素激光技术，拥有皮秒级短脉宽的脉冲能产生强大的光机械效应，能将色素颗粒分解得更加细小，对比起以往的纳秒级的调 Q 设备，却只需要其一半的能量便能达到治疗目的，更少的治疗次数便能获得满意的治疗效果。常规的色素激光脉宽是 10-9，而皮秒则是更短，脉宽为 10-12。该技术目前只有进口设备才有。使用该设备，可以为广大患者、爱美人士带来福音。</p>	
三、专家论证意见	
<p style="font-size: 1.2em;">皮秒级脉宽(10-12)为国际前沿技术,相较于传统纳秒级调Q设备能以更低能量实现色素颗粒更精细分解,有效减少次数,提升疗效与患者体验。当前国内设备无法覆盖该精准治疗技术,此类进口设备可填补县域医疗美容在色素性疾病治疗的技术空白,满足患者及医美需求。产品资质齐全,采购程序符合《政府采购产品管理办法》相关规定。综上所述,该进口产品技术不可替代,临床需求迫切,投入产出合理,同意采购进口产品。</p> <p style="text-align: right;">专家签字 <u>胡丰丽</u></p> <p style="text-align: right;">2025年6月23日</p>	