

# 政府采购进口产品专家论证意见

|                                                                                                              |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 一、基本情况                                                                                                       |                                                         |
| 申请单位                                                                                                         | 采购单位：洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会<br>牵头单位：洛阳市第三人民医院（洛阳职业技术学院第一附属医院） |
| 拟采购产品名称                                                                                                      | 洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会腔镜类采购项目所需<br>宫、腹腔镜一批，详见附表。              |
| 拟采购产品金额                                                                                                      | 790 万元                                                  |
| 采购项目所属项目名称                                                                                                   | 洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会腔镜类采购项目（宫、<br>腹腔镜）                      |
| 采购项目所属项目金额                                                                                                   | 1019.8 万元                                               |
| 二、申请理由                                                                                                       |                                                         |
| <input type="checkbox"/> 1.中国境内无法获取：                                                                         |                                                         |
| <input type="checkbox"/> 2.无法以合理的商业条件获取：                                                                     |                                                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3.其他。                                                                    |                                                         |
| 综合各联盟单位的申请理由，具体阐述如下：1. 进口的宫腔镜和腹腔镜在系统稳定性、图像清晰度、检测速度以及诊断准确性方面均超越了国内同类产品。2. 此产品不属于国家明令禁止或严格限制进口的范畴。             |                                                         |
| 三、专家论证意见                                                                                                     |                                                         |
| 目前，国内同类产品无特殊成像功能，使用次数受限，且清洗消毒难度大，易滋生细菌，易发生交叉感染。易漏诊误诊，清晰度低，稳定性较差。但进口产品在以上各项技术指标上均优于国产，不易滋生细菌，清洗方便，且成像清晰，稳定性好。 |                                                         |
| 专家签字 何永生                                                                                                     |                                                         |
| 2024 年 10 月 9 日                                                                                              |                                                         |

注：一人一表