


政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	采购单位：洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会 牵头单位：洛阳市第三人民医院（洛阳职业技术学院第一附属医院）
拟采购产品名称	洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会腔镜类采购项目所需 宫、腹腔镜一批，详见附表。
拟采购产品金额	790 万元
采购项目所属项目名称	洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会腔镜类采购项目（宫、 腹腔镜）
采购项目所属项目金额	1019.8 万元
二、申请理由	
☐ 1.中国境内无法获取：	
☐ 2.无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3.其他。	
综合各联盟单位的申请理由，具体阐述如下：1. 进口的宫腔镜和腹腔镜在系统稳定性、图像清晰度、检测速度以及诊断准确性方面均超越了国内同类产品。2. 此产品不属于国家明令禁止或严格限制进口的范畴。	
三、专家论证意见	
采购人拟采购的宫腹腔镜一批，对设备性能、稳定性、清晰度 和分辨率要求高，同时具有高温高压消毒环境下设备材质稳定性 性，分辨率≥1920×1080p，冷光源，色温≤6000K，照度≥30000lx，内 窥镜直径≤4mm，视场角12/25°，视场角>60°，可进行内镜下手术操作等技 术要求，目前国内产品与进口产品差距较大无法满足临床需要，同意采购 进口产品。	
专家签字 	
2024 年 10 月 24 日	

注：一人一表