

汝阳县人民医院 64 排 CT 球管采购项目 单一来源采购协商情况记录

汝阳县人民医院 64 排 CT 球管采购项目单一来源采购协商会议于 2024 年 7 月 26 日 16 时 0 分在洛阳市洛龙区学子街东方今典天汇中心 7 楼电子开评标室召开，根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购非招标采购方式管理办法》和洛阳市的相关规定，采购人依法组建的协商小组在监督人员监督下，按照汝阳县人民医院 64 排 CT 球管采购项目采购文件的相关要求对供应商的响应文件进行了协商，报告如下：

一、项目概况：

1. 采购项目名称：汝阳县人民医院 64 排 CT 球管采购项目
2. 计划（采购）编号：汝政采-2024-341
项目编号：HNWXLY(2024)0708
3. 采购方式：单一来源采购
4. 预算金额：780,000.00 元
5. 采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

(1) 采购内容：GE 64 排 CT(型号：Optima CT660)球管(型号：2137130-11) 1 套，具体技术需求详见采购文件；

(2) 交货期：接到采购人通知后 2 日内完成供货、安装、调试等全部工作；

(3) 质保期：1 年或球管曝光 20 万次，以先到为准，送 4 次整机保养服务；

(4) 交货地点：采购人指定地点；

(5) 采购包划分：本项目共划分为 1 个包。

6. 合同履行期限：自合同生效至交货期结束

7. 本项目是否接受联合体：否

8. 是否接受进口产品：是

二、单一来源采购情况简介

1. 依据《政府采购非招标采购方式管理办法》第三十八条进行公示的情况说明：本项目于 2024 年 6 月 25 日在洛阳市政府采购网 (<http://luoyang.zfcg.henan.gov.cn/>) 进行单一来源采购征求意见公示，公示期限：2024 年 6 月 25 日至 2024 年 7 月 2 日，公示期间无任何供应商提出异议。

2. 本项目采购计划于 2024 年 7 月 18 日报财政部门备案。

三、协商日期和地点，采购全体人员名单[指具有相关经验的专业人员（含采购人代表）、单一来源采购供应商代表]

赵 薛 马

1.协商日期：2024 年 7 月 26 日

2.地点：河南省伟信招标管理咨询有限公司电子开评标室（洛阳市洛龙区学子街东方今典天汇中心 7 楼）

3.采购全体人员名单：薛孟馨、赵俊霞、马继强。

四、协商情况

1.供应商河南友恒医疗科技有限公司符合资格审查及符合性审查的审查内容及采购文件的要求，协商小组认为该供应商可以成为本项目的合格供应商。

2.供应商提供的采购标的成本、同类项目合同价格以及相关专利、专有技术等情况说明：无。

3.价格商定情况：

供应商名称	一次报价（元）
河南友恒医疗科技有限公司	779,950.00
	最后商定价格（元）
	778,800.00

4.合同主要条款：

交货期：接到采购人通知后 2 日内完成供货、安装、调试等全部工作。

质保期：1 年或球管曝光 20 万次，以先到为准，送 4 次整机保养服务。

付款方式：货到安装调试完毕，验收合格后付款。

交货地点：采购人指定地点。

五、采购全体人员签字：指具有相关经验的专业人员（含采购人代表）、单一来源供应商代表

具有相关经验的专业人员（含采购人代表）签字：

赵俊霞 薛孟馨 马继强

单一来源供应商代表：

高飞鹏

监督人员签字：

李曉亮

2024 年 7 月 26 日